

MTL-1 PONTA DE PROVA

CARACTERÍSTICAS

- Padrão de Conexão: Banana 4mm com Isolamento Médio;
- Revestimento do Cabo: PVC de Média Flexibilidade;
- Tensão de Isolamento: 1000V AC/DC Dupla;
- Corrente sobre Condutor:
 - 10A (nominal);
 - 16A por no máximo 30 segundos;
- Resistência da Ponta: $<0,06\Omega$ (cada ponta);
- Certificação: CE (identificado na ponta de prova);
- Comprimento do Cabo: Aproximadamente 700mm;
- Comprimento do Borne: Aproximadamente 16mm;
- Acompanha: Protetores para os Terminais (1 par);
- Garantia: 90 (noventa) dias de garantia legal, contados a partir da emissão da nota fiscal.



SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a norma de segurança IEC 61010-1 CAT II 1000V com dupla isolamento. Utilize sempre instrumentos de proteção individual.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Esse é um acessório de substituição/reposição para o instrumentos de medição. Contate-nos para verificar a compatibilidade desse acessório com o seu instrumento. Utilize sempre acessórios originais Minipa.

**Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.*

Revisão: 07
Emissão: 13/01/2022

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860
FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444
FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS

